

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de junho de 2025

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do HECI

Eliel Alves Moulin

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria o Parecer Técnico e o Julgamento das Propostas Comerciais apresentadas na convocação conforme o Edital de Licitação Modalidade Cotação Prévia – Divulgação Eletrônica nº 004/2025, referente ao Convênio nº 967731/2024, cujo recurso é no valor de R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) com a finalidade de adquirir: 01 Sistema Vídeo Endoscopia Rígida, 03 aparelho de hemodiálise, 01 Tomografia Computadorizada, 07 Camas Hospitalar, 13 (treze) Monitores Multiparâmetros, 01 aparelho de Raio X.

As empresas participantes do certame apresentaram as seguintes Propostas Comerciais:

ITEM 1 – SISTEMA VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA - CANCELADO

ITEM 2 – APARELHO DE HEMODIÁLISE

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Fresenius Medical Care Ltda	Fresenius/ Alemanha	HD 4008S V10 (BPM/OCM/CDS)	R\$ 61.500,00	R\$ 184.500,00
Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda.	YAC ELEX CO., LTDA - JAPÃO	Diamax Full	R\$ 68.000,00	R\$ 204.000,00

ITEM 3 – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – CANCELADO

ITEM 4 – CAMA HOSPITALAR

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BHP Produtos Médicos	Hospimetal/Brasil	HM 2002 E	R\$ 20.900,00	R\$ 146.300,00
RTS Rio S. A.	Paramount Bed A5/Japão	CA-54380-2414A	R\$ 18.900,00	R\$ 132.300,00
Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio Ltda	MetaHospitalar/Brasil	MT-165	R\$ 15.000,00	R\$ 105.000,00
RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA	RC Moveis/Brasil	RC 203-0	R\$ 12.200,00	R\$ 85.400,00

ITEM 5 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda.	AlfaMed/Brasil	Vita 1100a/Alfamed	R\$ 32.500,00	R\$ 422.500,00
Cirúrgica Ceron Equip. Hospitalares e Veterinários Ltda - ME	Gneral Meditech/China	G3L	R\$ 25.100,00	R\$ 326.300,00
Nihon Kohden Brasil Imp. Exp. de Equipamentos Médicos	Nihon Kohden/Japão	BSM - 3763	R\$ 27.500,00	R\$ 357.500,00

ITEM 6 – APARELHO DE RAIOS – X

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lotus Indústria e Comércio Ltda.	Lotus/Brasil	Pégaso 500D	R\$ 217.400,00	R\$ 217.400,00
Konimagem Comercial Ltda	Lotus/Brasil	Pégaso 500D	R\$ 265.000,00	R\$ 265.000,00
Industria Brasileira de Filmes S. A.	Lotus/Brasil	Pégaso 500D	R\$ 238.900,00	R\$ 238.900,00
Imex Industria e Comércio Ltda.	Localmed/Brasil	MOB Easy	R\$ 260.000,00	R\$ 260.000,00
VMI Tecnologias Ltda.	VMI/Brasil	Aquila 500D	R\$ 278.000,00	R\$ 278.000,00

PARECER TÉCNICO

ITEM 01 - SISTEMA VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA – CANCELADO

ITEM 2 – APARELHO DE HEMODIÁLISE

LICITANTE	SITUAÇÃO
Fresenius Medical Care Ltda	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .
Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda.	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .

ITEM 3 – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – CANCELADO

ITEM 4 – CAMA HOSPITALAR

LICITANTE	SITUAÇÃO
BHP Produtos Médicos	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .
RTS Rio S. A.	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as

	especificações técnicas do Edital .
Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio Ltda	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .
RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA	A proposta comercial apresentada pela empresa não atende as especificações técnicas do Edital . Não consta na proposta e nem no manual o peso do paciente. Não possui assistência técnica no estado do Espírito Santo, conforme solicitado no Edital.

ITEM 5 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

LICITANTE	SITUAÇÃO
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda.	A proposta comercial apresentada pela empresa não atende as especificações técnicas do Edital . O valor do item solicitado ultrapassa o sugerido no edital.
Cirúrgica Ceron Equip. Hospitalares e Veterinários Ltda - ME	A proposta comercial apresentada pela empresa não atende as especificações técnicas do Edital . Referente ao produto ofertado RMS 80393910036 – Monitor Modelo G3L – marca MEDITECH O descritivo do edital solicita: “...Parâmetros, ecg, respiração,... pressão invasiva (PI) com medida de delta pp ou vpp; débito cardíaco contínuo,...” O equipamento ofertado não possui alguns dos recursos acima solicitados conforme especificações apresentadas em seu manual da ANVISA RMS 80393910036. Nem a medição de delta pp ou vpp na pressão invasiva (pi), bem como o recurso de débito cardíaco contínuo,. No caso do débito cardíaco contínuo, o referido equipamento ofertado possui o débito cardíaco por termodiluição, que é um método intermitente (não contínuo) de medida do débito cardíaco. Dessa forma não atendendo as exigências do

	referido edital, tanto na medição de delta pp ou vpp, bem como no débito cardíaco contínuo. O descritivo do edital solicita: “...comunicação por rede ethernet e protocolo HL7...” O equipamento ofertado não possui os recursos acima solicitado conforme especificações apresentadas em seu manual da ANVISA RMS 8093910036. Possui a comunicação por rede ethernet, porém não possui o protocolo HL7. Dessa forma não atendendo as exigências do referido edital. O descritivo do edital solicita: Monitoração dos seguintes parâmetros fisiológicos: Eletrocardiograma...respiração por impedância transtorácica. Escala de 4 a 150 rpm ... e detecção de apnéia com tempo programável de 5 até 40 segundos ajustáveis pelo usuário...” O equipamento ofertado não possui os recursos acima solicitados conforme especificações apresentadas em seu manual da ANVISA RMS 80393910036. Sua medição de respiração por impedância transtorácica possui escala máxima de 120 rpm e seu tempo mínimo de ajuste de alarme de apneia é de 10 segundos (página 97 – alcance da apneia). Dessa forma não atendendo as exigências do referido edital. O descritivo do edital solicita: “... Possibilidade de upgrade futuro de EEG com no mínimo 4 canais e índice de sedação.” O equipamento ofertado não possui os recursos acima solicitados conforme especificações apresentadas em seu manual. Não há registros encontrados neste manual registrado na ANVISA, referentes a solicitação do descritivo do edital. Dessa forma não atendendo as exigências do referido edital.
--	--

Nihon Kohden Brasil Imp. Exp. de Equipamentos Médicos	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .
---	---

ITEM 6 – APARELHO DE RAIOS – X

LICITANTE	SITUAÇÃO
Lotus Indústria e Comércio Ltda.	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .
Konimagem Comercial Ltda	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .
Industria Brasileira de Filmes S. A.	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .
Imex Industria e Comércio Ltda.	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .
VMI Tecnologias Ltda.	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .

Com base na proposta comercial enviada, classifico as seguintes empresas para atender as especificações técnicas solicitadas neste edital.

ITEM 1 – SISTEMA VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA – CANCELADO

ITEM 2 – APARELHO DE HEMODIÁLISE:

Fresenius Medical Care Ltda e Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda.

ITEM 3 – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – CANCELADO

ITEM 4 – CAMA HOSPITALAR

Meta Móveis de Metais Indústria e Comércio Ltda, RTS Rio S. A. e BHP Produtos Médicos.

ITEM 5 – MONITOR MULTIPARAMÉTRICO

Nihon Kohden Brasil Imp. Exp. de Equipamentos Médicos.

ITEM 6 – APARELHO DE RAIOS – X:

Lotus Indústria e Comércio Ltda, Industria Brasileira de Filmes S. A., Konimagem Comercial Ltda., VMI Tecnologias Ltda. e Imex Industria e Comércio Ltda.

Mariana Muniz da Cruz

Engenheira Clínica