

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de abril de 2025

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do HECI

Eliel Alves Moulin

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria o Parecer Técnico e o Julgamento das Propostas Comerciais apresentadas na convocação conforme o Edital de Licitação Modalidade Cotação Prévia – Divulgação Eletrônica nº 009/2025, referente ao Convênio nº 967731/2024, cujo recurso é no valor de R\$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais) com a finalidade de adquirir: 01 Sistema Vídeo Endoscopia Rígida, 01 Tomografia Computadorizada.

As empresas participantes do certame apresentaram as seguintes Propostas Comerciais:

ITEM 1 – SISTEMA VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Confiance Medical Produtos Médicos S.A.	Confiance Medical /Brasil	Confiance Medical - CM	R\$ 290.500,00	R\$ 290.500,00
SC COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	Endomaster/ Brasil	Endomaster	R\$ 440.000,00	R\$ 440.000,00
E TAMUSSINO E CIA LTDA.	Sem menção	Sem menção	R\$ 426.219,35	R\$ 426.219,35
UL Química e Científica Ltda.	MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTDA/CHINA,	Mindray	R\$ 441.000,00	R\$ 441.000,00

ITEM 2 – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
GE	GE HANGWEI MEDICAL SYSTEMS CO. LTDA/CHINA, REPÚBLICA POPULAR	Revolution Máxima	R\$ 2.575.000,00	R\$ 2.575.000,00
Imex	IMX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA/BRASIL	IMAGINE STAR	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
Canon	Canon Medical Systems do Brasil Ltda/Brasil	Aquilion Serve (TSX-307A)	R\$ 2.560.000,00	R\$ 2.560.000,00

PARECER TÉCNICO

ITEM 01 - SISTEMA VÍDEO ENDOSCOPIA RÍGIDA

LICITANTE	SITUAÇÃO
Confiance Medical Produtos Médicos S.A.	A proposta comercial apresentada pela empresa não atende as especificações técnicas do Edital. O insuflador ofertado modelo CM-40L não atende ao descritivo técnico do edital porque se utiliza do equipamento CM-100 que é externo ao insuflador para remoção de fumaça, sendo que o edital exige: “exaustão de fumaça no mesmo equipamento” O aquecimento do gás no insuflador modelo CM-40L é feito internamente no equipamento e não através de resistência no circuito do paciente como exige o edital.
SC Comercio e Serviços Especializados LTDA	A proposta comercial apresentada pela empresa não atende as especificações técnicas do Edital. O sistema ofertado permite realizar zoom eletrônico somente até 2,5X, ao passo que o exigido no descritivo é 4X; O sistema não realiza zoom óptico, ao passo que o exigido no descritivo é zoom óptico de no mínimo 2X;

	O insuflador ofertado não possui o recurso de evacuação de fumaça como exige o edital: O insuflador ofertado não possui tela touch screen; Os laparoscópios ofertados não possuem profundidade de campo no intervalo de 3 a 200mm.
E Tamussino e Cia LTDA	A proposta comercial apresentada pela empresa não atende as especificações técnicas do Edital. Proposta em nome de HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A, o que desclassifica a empresa por não direcionar ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.
UL Química e Científica LTDA.	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital.

ITEM 2 – TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

LICITANTE	SITUAÇÃO
GE	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital .
Imex	A proposta comercial apresentada pela empresa não atende as especificações técnicas do Edital. O edital solicita “tempo de corte total de 0,35 segundo ou menor. Já a proposta enviada descreve que o tempo de corte total é 0,37 segundos. O edital solicita rebaixamento mínima do solo a 300mm a 480 mm, a proposta enviada pela empresa Imex oferta o equipamento que possui Rebaixamento máximo até ao chão.
Canon	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital

Com base na proposta comercial enviada, classifico a empresa UL Química e Científica LTDA.

Com base na proposta comercial enviada, classifico as empresas Canon Medical Systems do Brasil Ltda e GE Hangwei Medical Systems CO. LTDA por atender as especificações técnicas solicitadas no edital, sendo em 1º lugar a empresa Canon Medical Systems do Brasil Ltda devido menor valor ofertado.

Mariana Muniz Da Cruz

Engenheira Clínica