

Cachoeiro de Itapemirim, 01 de outubro de 2025.

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do HECI

Eliel Alves Moulin

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria o Parecer Técnico das Propostas Comerciais apresentadas na convocação conforme o Edital de Licitação Modalidade Cotação Prévia – Divulgação Eletrônica nº 03/2025, referente ao Convênio nº 953185/2023, cujo recurso é no valor de R\$ 1.681.977,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil e novecentos e setenta e sete reais) com a finalidade de adquirir **01 ASPIRADOR ULTRASSÔNICO/ BISTURI ULTRASSÔNICO, 01 SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL, 01 SERRA/ PERFURADORA ÓSSEA (DRILL) e 01 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO TRANSCRANIANO.**

As empresas participantes do certame apresentaram as seguintes Propostas Comerciais:

ITEM 1 – ASPIRADOR ULTRASSÔNICO/ BISTURI ULTRASSÔNICO

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Artis Tecnologia Ltda Epp	ARTIS TECNOLOGIA LTDA - BRASIL	Sonatus US - 1	R\$ 345.107,12	R\$ 345.107,12
Panmédica Negócios Hospitalares Ltda.	Söring GmbH/Alemanha	Sonoca 300	R\$ 387.442,00	R\$ 387.442,00

ITEM 02 – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL - CANCELADO

ITEM 03 – SERRA/ PERFURADORA ÓSSEA (DRILL)

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Tecnoar Indústria e Comércio de Equipamentos Médicos e Hospitalares Ltda.	Tecnoar/Brasil	Kit Duplo 1000/2000	R\$ 26.000,00	R\$ 26.000,00

ITEM 04 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO TRANSCRANIANO

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Proibás Ltda - EPP	Compumedics Germany/DWL/Alemanha	Doppler-BOX-X	R\$ 176.222,00	R\$ 176.222,00
FBX Importação, Exp. E Com. At. de Pr. Farm. e Hospitalares Ltda.	Viasonix/Israel	Dolphin IQ	R\$ 249.427,00	R\$ 249.427,00

Iniciado a análise das especificações dos equipamentos ofertados nas propostas comerciais, conforme determina o Edital em seu item 8, foi verificado que as propostas apresentadas pelas empresas participantes desta Cotação prévia de preços possuem os seguintes pareceres:

PARECER TÉCNICO ITEM 01- ASPIRADOR ULTRASSÔNICO/ BISTURI ULTRASSÔNICO

LICITANTE	SITUAÇÃO
Artis Tecnologia Ltda Epp	Equipamento atende a todas as especificações técnicas do edital
Panmédica Negócios Hospitalares Ltda.	Valor proposto pela empresa está acima do estabelecido no edital

PARECER TÉCNICO – ITEM 02 - CANCELADO

PARECER TÉCNICO – ITEM 03 - SERRA/ PERFURADORA ÓSSEA (DRILL)

LICITANTE	SITUAÇÃO
Tecnoar Indústria e Comércio de Equipamentos Méd. e Hospitalares Ltda.	A proposta comercial apresentada pela empresa não atende as solicitações do Edital . Solicitamos que seja elétrico e não pneumático

PARECER TÉCNICO ITEM 04 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO TRANSCRANIANO

LICITANTE	SITUAÇÃO
Proibás Ltda - EPP	A proposta é uma cópia do descritivo do edital. Empresa DESCLASSIFICADA.
FBX Importação, Exp. E Com. At. de Pr. Farm. e Hospitalares Ltda.	Equipamento atende a todas as solicitações do edital

Desta forma, desclassifico as Propostas Comerciais Por não atenderem a especificação técnica solicitada no edital.:

Item 01 – Panmédica Negócios Hospitalares Ltda.

Item 02 - CANCELADO

Item 03 – Tecnoar Indústria e Comércio de Equipamentos Méd. e Hospitalares Ltda.

Item 04 - Proibás Ltda - EPP

Matheus Absalon Brum de Magalhães

Eng. Clínico do HECI