

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de agosto de 2025.

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do HECI

Eliel Alves Moulin

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria o Parecer Técnico das Propostas Comerciais apresentadas na convocação conforme o Edital de Licitação Modalidade Cotação Prévia – Divulgação Eletrônica nº 12/2025, referente ao Convênio nº 953185/2023, cujo recurso é no valor de R\$ 1.681.977,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e um mil e novecentos e setenta e sete reais) com a finalidade de adquirir **SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL**.

As empresas participantes do certame apresentaram as seguintes Propostas Comerciais:

ITEM 1 – SISTEMA DE VÍDEO ENDOSCOPIA FLEXÍVEL

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MF MEDICAL LTDA	ARTHIMED/ BRASIL/CHINA	CENTRAL ENDOSCÓPICA ART01 AI21516101	R\$ 360.000,00	R\$ 360.000,00
	SHENZEN BEACON/ CHINA	MONITOR DE VÍDEO LCD MODELO E2421		
	ARTHIMED/ BRASIL/CHINA ARTHIMED	VÍDEO GASTROSCÓPIO		

	CARDINAL/ BRASIL	AI21527296 VÍDEO COLONOSCÓPIO AI21527128L TROLLEY ENDOSCÓPICO MODELO RACKEDG		
QUALIMAG E COMÉRCIO SERV. E REP. LTDA	FUJIFILM/ JAPÃO CARDINAL/ BRASIL LG/ CORÉIA DO SUL	VIDEOPROCESS ADORA ELUXEO LITE EP-6000 VÍDEOCOLONOS CÓPIO EC-600WL VÍDEOGASTROS CÓPIO EG-600WL CARRINHO/ TROLLEY VE-50 PS MONITOR CIRÚRGICO	R\$ 363.000,00	R\$ 363.000,00

		27HJ710S		
NEW LIFE COM. DE EQUIP. MÉDICOS HOSP. LTDA	SONOSCAPE MEDICAL CORPORATION/ SHENZHEN - CHINA	PROCESSADORA DE IMAGEM HD-550 FONTE DE ILUMINAÇÃO VLS-55Q FONTE DE LUZ MONITOR LCD FULL HD DSP- 26WA VIDEOGASTROS CÓPIO EG-500L VÍDEOCOLONOS CÓPIO EC-500L/T CARRINHO/ TROLLEY HDT-500T	R\$ 349.600,00	R\$ 349.600,00

Iniciado a análise das especificações dos equipamentos ofertados nas propostas comerciais, conforme determina o Edital em seu item 8, foi verificado que as propostas apresentadas pelas empresas participantes desta Cotação prévia de preços possuem os seguintes pareceres:

PARECER TÉCNICO ITEM 01-

LICITANTE	SITUAÇÃO
MF MEDICAL	Não atende as solicitações de angulação solicitadas no edital. O gastro ofertado não atende ao comprimento de trabalho e conforme solicitado no descritivo. DESCLASSIFICADA
NEW LIFE	Não atende as solicitações de angulação solicitadas no edital. O gastro ofertado não atende ao comprimento de trabalho e comprimento total conforme solicitado no descritivo. O colono ofertado não atende ao tamanho do canal de trabalho solicitado. DESCLASSIFICADA
QUALIMAGEM	Atende a todas as Solicitações do edital. VENCEDORA

Desta forma, desclassifico as Propostas Comerciais apresentadas pelas seguintes empresas:
para o Item 01 – MF MEDICAL, NEWLIFE

Por não atenderem a especificação técnica solicitada no edital.

Documento assinado digitalmente
gov.br MATHEUS ABSALON BRUM DE MAGALHAES
Data: 13/10/2025 16:53:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Matheus Absalon Brum de Magalhães
Eng. Clínico do HECI