

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de julho de 2023.

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do HECI

Eiel Alves Moulin

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria o Parecer Técnico das Propostas Comerciais apresentadas na convocação conforme o Edital de Licitação Modalidade Cotação Prévia – Divulgação Eletrônica nº 05/2025, referente ao Convênio nº 961345, cujo recurso é no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) com a finalidade de adquirir 01 Sistema de teste ergométrico, 02 mesas de cirurgia e 05 bombas de infusão.

As empresas participantes do certame apresentaram as seguintes Propostas Comerciais:

ITEM 1 – TESTE ERGOMÉTRICO

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – LTDA	INBRAMED/ BRASIL	MASTER TOP ERGO 13	R\$ 79.944,00	R\$ 79.944,00
PRESENTI & PELAIS LTDA MEDITRÔNICA	INBRAMED/ BRASIL	MASTER TOP ERGO 13	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	MICROMED/ BRASIL	Eletrocardiógrafo Ergo PC 13 USB / Centurion 300	R\$ 69.000,00	R\$ 69.000,00

ITEM 2 – MESA CIRURGICA

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE	KSS/BRASIL	VISION T4	R\$ 93.200,00	R\$ 186.400,00

EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA,				
LANCO LTDA	LANCO/BRASIL	LY000E	R\$ 98.730,00	R\$ 197.460,00
MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.	MEDIFARR/ BRASIL	MED 450BP	R\$ 81.700,00	R\$ 163.400,00

ITEM 3 – BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA	ZHEJIANG MDKINGDOM TECHNOLOGY CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR -	MDKMED/ MS51	R\$ 3.400,00	R\$ 17.000,00
RTS RIO S. A.	MEDCAPTAIN/ CHINA	HP- TCI	R\$ 9.200,00	R\$ 46.000,00
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SAMTRONIC/ BRASIL	ST7000 TCI	R\$ 7.500,00	R\$ 37.500,00

ITEM 1 - PARECER TÉCNICO

LICITANTE	SITUAÇÃO
MASTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS – LTDA	Como a primeira colocada atendeu a todos os requisitos não foi feita avaliação das demais propostas.
PRESENTI & PELAIS LTDA MEDITRÔNICA	Como a primeira colocada atendeu a todos os requisitos não foi feita avaliação das demais propostas.
MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital.VENCEDORA

ITEM 2 - PARECER TÉCNICO

LICITANTE	SITUAÇÃO
KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA,	Na proposta não é informada a espessura do aço e a assistência técnica fica a 1230km do hospital inviabilizando qualquer serviço. DESCLASSIFICADA
LANCO LTDA	Equipamento atende a todas as solicitações
MEDIFARR PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.	Proposta é uma cópia do edital, não possui assistência técnica no estado, pedimos que a elevação fosse de no mínimo 700mm e eles ofereceram 60mm. DESCLASSIFICADA

ITEM 3 - PARECER TÉCNICO

LICITANTE	SITUAÇÃO
AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA	Cópia exata do edital. DESCLASSIFICADA
RTS RIO S. A.	Como a segunda colocada foi a vencedora não foi feito analise dos outros candidatos.
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	A proposta comercial apresentada pela empresa atende as especificações técnicas do Edital . Vencedora

Com base nas propostas comerciais enviada, classifico as propostas apresentadas pelas empresas por atenderem a especificação técnica solicitada no edital.

Item 1: MICROMED BIOTECNOLOGIA S.A.

Item 2: LANCO LTDA

Item 3: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Matheus Absalon Brum de Magalhães

Eng. Clínico do HECHI