

Cachoeiro de Itapemirim, 30 de abril de 2025

Ao

Presidente da Comissão Permanente de Licitação do HECHI

Eiel Alves Moulin

Prezado Senhor,

Encaminho a Vossa Senhoria o Parecer Técnico das Propostas Comerciais apresentadas na convocação conforme o Edital de Licitação Modalidade Cotação Prévia nº 014/2025, referente ao Termo de Fomento 015/2025, cujo recurso é no valor de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) com a finalidade de adquirir: 01 TERMODESINFECTORA, 04 MONITOR MULTIPARÂMETROS AVANÇADO, 01 ESTAÇÃO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS, 01 BISTURI ELETRÔNICO, 07 CARRO MACA AVANÇADO, 15 (QUINZE) BOMBAS DE SERINGA, 03 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA TRIAGEM.

As empresas participantes do certame apresentaram as seguintes Propostas Comerciais:

ITEM 1 – TERMODESINFECTORA

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CISABRASILE LTDA	CISABRASILE LTDA/BRASIL	104M-2P-E- TS-SV	R\$ 318.000,00	R\$ 318.000,00
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMP. E COM. DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA	STERIS/BRASIL	AMSCO 2532	R\$ 320.000,00	R\$ 320.000,00
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	STEELCO S.P.A/ITÁLIA	DS 600/2 PORTA ÚNICO COM AMACIANTE DE ÁGUA	R\$ 276.780,21	R\$ 276.780,21

ITEM 2 – MONITOR MULTIPARÂMETROS AVANÇADO

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	ALFA MED/BRASIL	VITA 1100a/	R\$ 62.050,00	R\$ 248.200,00
NIHON KOHDEN BRASIL IMP., EXP. E COM. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.	NIHON KOHDEN/JAPÃO	BSM-3763	R\$ 66.450,00	R\$ 265.800,00

ITEM 03 – ESTAÇÃO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MEDSHOP COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA	SHENZEN/ MINDRAY	WATO EX65 + BENEVISION N15	R\$ 249.900,00	R\$ 249.900,00
IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	GE HEALTHCARE/	CARESTATION 650 E MONITOR 650 PRIME B155M	R\$ 280.353,79	R\$ 280.353,79
JPL IMP., EXP. E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	KTK/NACIONAL	SAT 600/MONITOR C150	R\$ 196.570,00	R\$ 196.570,00

ITEM 04 – 01 BISTURI ELETRÔNICO

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ANGIOSUTURE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	WEM/Brasil	SS-501SX	R\$ 30.327,70	R\$ 30.327,70
BARRFAB IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA.	BARRFAB NACIONAL	LE3	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00

ITEM 05 – CARRO MACA AVANÇADO

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MEA MODUL LTDA.	Mea Modul/ Brasil	MC2000E	R\$ 16.820,00	R\$ 117.740,00

ITEM 06– BOMBAS DE SERINGA

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAÚDE LTDA ME,	MINDRAY/ CHINA/	uSP TCI	R\$ 7.950,00	R\$ 119.250,00
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	SAMTRONIC/ BRASIL	TCI intelli Wi-Fi,	R\$ 8.500,00	R\$ 127.500,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	FRESENIUS/ FRANÇA	AGILIA SP TIVA WIFI BR	R\$ 9.000,00	R\$ 135.000,00

ITEM 07 – MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA TRIAGEM.

LICITANTE	FABRICANTE/ PROCEDÊNCIA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	ALFA MED/BRASIL	VITA i20	R\$ 16.700,00	R\$ 50.100,00

PARECER TÉCNICO

ITEM 1 – TERMODESINFECTORA

LICITANTE	SITUAÇÃO
CISABRASILE LTDA	A proposta da CISA atende a tudo que foi solicitado e possui o menor preço com isso é declarada Vencedora.
STERIS SOLUTIONS DO BRASIL IMP. E COM. DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA	Como a primeira colocada atendeu todo o edital e possuía o menor não foi feita a analise dos outros participantes.
BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	Solicitamos que o equipamento tivesse 3 bombas e o equipamento ofertado possui apenas 2. DESCLASSIFICADA

ITEM 2 – MONITOR MULTIPARÂMETROS AVANÇADO

LICITANTE	SITUAÇÃO
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	No edital solicitamos que o alarme de apneia seja programável de 5 até 40 no manual da alfamed fala que a o limite inferior é de 10s com isso não atendendo a solicitação do edital. Desclassificada
NIHON KOHDEN	A proposta da NIHON KOHDEN atende a tudo que foi solicitado com isso é declarada vencedora

ITEM 03 – ESTAÇÃO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS

LICITANTE	SITUAÇÃO
MEDSHOP COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA	Como a primeira colocada não atendeu começamos a analise da segunda colocada e com a analise do edital. No edital pedimos que a largura do Pulso do NMT fosse de 40 µs e na proposta fala que é a partir de 100 µs. Também foi solicitado que a tela da anestesia fosse angular e o modelo proposta não atende, pois, a “tela” é fixa. Desclassificada
IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA	Como a primeira colocada e a segunda colocada não atenderam ao edital avaliamos a terceira colocada e ela atendeu a todas as solicitações. Vencedora

JPL IMP., EXP. E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Equipamento não possui todos os modos ventilatórios solicitados no edital, com isso está DESCLASSIFICADA.
--	---

ITEM 04 – 01 BISTURI ELETRÔNICO

LICITANTE	SITUAÇÃO
ANGIOSUTURE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	Como a primeira colocada atendeu todo o edital e possuía o menor não foi feita a análise dos outros participantes.
BARRFAB IND. COM. IMP. E EXP. DE EQUIP. HOSP. LTDA.	A proposta da BARRFAB atende a tudo que foi solicitado com isso é declarada vencedora

ITEM 05 – CARRO MACA AVANÇADO

LICITANTE	SITUAÇÃO
MEA MODUL LTDA.	A proposta da MEA MODUL atende a tudo que foi solicitado com isso é declarada vencedora

ITEM 06– BOMBAS DE SERINGA

LICITANTE	SITUAÇÃO
VAIMED TECNOLOGIAS EM SAÚDE LTDA ME,	A proposta apresentada é uma copia exata do descritivo. Com isso a empresa está desclassificada,
SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Como a primeira colocada foi desclassificada avaliamos a proposta da Samtronic e ela atende a todos as solicitações do edital. Vencedora
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	Como a segunda colocada atendeu todo o edital e possuía o menor não foi feita a análise dos outros participantes.

ITEM 07 – MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA TRIAGEM.

LICITANTE	SITUAÇÃO
ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA	A proposta da Alfamed atende a tudo que foi solicitado com isso é declarada vencedora

Com base na proposta comercial enviada, classifico as seguintes empresas, por atender a especificação técnica solicitada no edital:

Rua Manoel Braga Machado, nº 2-30, Bairro Ferroviários,
Cachoeiro de Itapemirim - ES
Cep: 29.308-065



Trabalhando pela valorização da vida

ITEM 01 – TERMODESINFECTORA: CISABRASILE LTDA

ITEM 02 – MONITOR MULTIPARÂMETROS AVANÇADO: NIHON KOHDEN BRASIL

ITEM 03 – ESTAÇÃO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS:
IMAGEM HEALTHCARE SOLUTIONS LTDA

ITEM 04 – 01 BISTURI ELETRÔNICO: BARRFAB IND

ITEM 05 – CARRO MACA AVANÇADO: MEA MODUL LTDA.

ITEM 06 – BOMBAS DE SERINGA: SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

ITEM 07 – MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA TRIAGEM.: ALFA MED
SISTEMAS

Matheus Absalon Brum de Magalhães
Engenheiro Clínico